

AMS K22

Autorizované metrologické středisko




Kopie souhlasí
s originálem.

RAMET a.s., Letecká 1110, 686 04 KUNOVICE

OVĚŘOVACÍ LIST č. 034/22

DATUM VYDÁNÍ: 16.2.2022

listů:1/ list:1



razítko AMS K22

.....
Ing. Viktor Lokaj
vedoucí AMS K22, 0116-CR-0953-15

1. VLASTNÍK MĚŘIDLA:

- 1.1 Montáž na vozidlo typ:
- 1.2 Výrobní číslo karoserie:
- 1.3 RZ v době ověření:

PČR Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Brno
Škoda Superb
TMBCE7NP7J7543075
1BI9280

2. NÁZEV A TYP MĚŘIDLA:

- 2.1 Výrobní číslo měřidla
- 2.2 Výrobní číslo senzoru:
- 2.3 Rozsah měření:
- 2.4 Výrobce:
- 2.5 Rok výroby:

Silniční rychloměr RAMER10 C
12/0030
12/0678
20 až 250 km/h
RAMET a.s. Kunovice
2012

3. POUŽITÉ ETALONY A MĚŘIDLA S NÁVAZNOSTÍ NA STÁTNÍ ETALONY PŘÍSLUŠNÉ JEDNOTKY

- 3.1 Etalonový rychloměr R306102N v.č. 001, kalibrační list ČMI 8012-KL-50355-21, dat. kalibrace 5.10.2021
- 3.2 Mikrovlnný čítač HP 5352B v.č. 3049A01166, kalibrační list ČMI 1013-KL-40020-21, dat. kalibrace 3.8.2021
- 3.3 Simulátor VFM R314415N v.č. 11/0001, kalibrační list RAMET 202100140, dat. kalibrace 13.10.2021

4. MĚŘIDLO BYLO ZKOUŠENO:

na základě požadavků *Opatření obecné povahy číslo 0111-OOP-C005-09* podle metrologických předpisů MP01-MP10 a na základě Rozhodnutí o udělení autorizace 38/2000 ze dne 21.12.2000

5. PODMÍNKY MĚŘENÍ:

podle požadavků *Opatření obecné povahy číslo 0111-OOP-C005-09*
teplota v laboratoři (23 ± 3) °C, rel. vlhkost vzduchu max. 75 %

6. VÝSLEDEK ZKOUŠKY:

Provedené zkoušky měřidla prokázaly, že předložený silniční rychloměr má požadované metrologické vlastnosti (viz Certifikát o schválení typu stanoveného měřidla se značkou schválení typu TCM 162/10-4724).
Závěr: Rychloměr byl jako stanovené měřidlo ověřen a splňuje požadavky stanovené *Opatřením obecné povahy číslo 0111-OOP-C005-09*.
Lze jej používat k měření rychlosti za dodržování Návodu k obsluze.

7. ZPŮSOB VYZNAČENÍ OVĚŘENÍ NA MĚŘIDLE:

úřední značky umístěné na místech uvedených v certifikátu o schválení typu stanoveného měřidla viz bod 6.

8. PLATNOST OVĚŘENÍ:

podle §7 odstavce 1 Vyhlášky MPO č. 262/2000 Sb. v platném znění. Ověření zaniká v případech uvedených v §7, odstavec 2 této vyhlášky. Doba platnosti ověření 1 rok podle Vyhlášky 345/2002 Sb. v platném znění.
Konec platnosti ověření dne 15.2.2023

9. OVĚŘENÍ PROVEDL: Ing. David Samsoněk 0311-OZ-C224-19

DATUM ZKOUŠKY: 16.2.2022

Tento ověřovací list nesmí být bez písemného souhlasu ověřující laboratoře rozmnožován jinak než celý.